

Konformitätserklärung***Declaration of Conformity***

Wir / we Fuhrmann GmbH
 Bövingen 139
 D-53804 Much

SRN: DE-MF-000006652

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Produktgruppe)
hereby declare under our sole responsibility, that the device (group of devices)

Mullauflagen, unsteril
Large gauze dressings, non-sterile

die Grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2017/745 erfüllt.

meets the general safety and performance requirements defined in annex I of the Regulation (EU) 2017/745.

Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde nach den Artikeln 52(7) und 19 der Verordnung (EU) 2017/745 durchgeführt. Eine Technische Dokumentation wurde erstellt und wird aufrechterhalten.

The conformity assessment procedure has been performed according to Articles 52(7) and 19 of the Regulation (EU) 2017/745. A technical documentation has been prepared and is maintained.

Klassifizierung, Regel
Classification, Rule

Klasse I, Regel 4, per Anhang VIII der Verordnung (EU) 2017/745
Class I, Rule 4, per annex VIII of Regulation (EU) 2017/745


Basis-UDI-DI
Basic-UDI-DI

40548580111V0401L5

Artikelnummern
Reference Numbers

Siehe Anlage I
See Annex I

Much, 24.06.2021
Ort, Datum
Place, Date



i.A. Kristina Wrede
Qualitätsmanagement / Regulatory Affairs
Quality Management / Regulatory Affairs

Konformitätserklärung*Declaration of Conformity*

Anlage I

Annex I

REF	Produktbezeichnung <i>Device description</i>
19049	Mullauflage 80 x 100 cm, 4-fach, VM 20, unsteril <i>Large gauze dressing, 80 x 100 cm, 4-ply, 20 threads, non-sterile</i>
19050	Mullauflage 100 x 100 cm, 4-fach, VM 20, unsteril <i>Large gauze dressing, 100 x 100 cm, 4-ply, 20 threads, non-sterile</i>