

**Konformitätserklärung*****Declaration of Conformity***

Wir /We                      Fuhrmann GmbH  
   Bövingen 139  
   D – 53804 Much

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Produktgruppe)  
*declare on our own responsibility that the product (group of products)*

**Einmalinstrumente Episiotomieschere, steril**  
***Single-Use Episiotomy Scissors, sterile***

gemäß Verordnung (EU) 2017/745 Artikel 120 (3) die Grundlegenden Anforderungen der  
Richtlinie 93/42/EWG weiterhin erfüllt.  
*in accordance with Regulation (EU) 2017/745 Article 120 (3) continues to meet the Essential Requirements of  
Directive 93/42/EEC.*

Konformitätsbewertungsverfahren  
*Conformity Assessment Procedure*

Anhang V und VII  
*Annex V and VII*

Klassifizierung, Regel  
*Classification, Rule*

Klasse IIa, Regel 6  
*Class IIa, Rule 6*

Benannte Stelle  
*Notified Body*

TÜV NORD CERT GmbH  
Am TÜV 1  
D-45307 Essen

Kennnummer Benannte Stelle  
*Identification Number Notified Body*

0044

Zertifikatnummer  
*Certificate Number*

44 235 200787

Gültig bis  
*Valid until*

26. Mai 2024  
*May 26<sup>th</sup>, 2024*

Artikelnummern  
*Article Numbers*

Siehe Anlage I  
*See Attachment I*

Much, 11.08.2022  
Ort, Datum  
*Place, Date*



i.A. Anke Brenner  
Qualitätsmanagementbeauftragte  
*Quality Management Representative*

**Konformitätserklärung***Declaration of Conformity*Anlage I  
*Attachment I*

<b>Art.-Nr.</b> <i>Art.- No.</i>	<b>Artikelbezeichnung</b> <i>Article description</i>
36937-3	Einmal-Episiotomieschere nach Braun/Stadler, 14,5 cm, steril <i>Single-Use Episiotomy Scissors Braun/Stadler, 14.5 cm, sterile</i>