

Konformitätserklärung**Declaration of Conformity**

Wir /We Fuhrmann GmbH
 Bövingen 139
 D-53804 Much

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Produktgruppe)
declare on our own responsibility that the product (group of products)

Vliestupfer, steril **Non-woven Swab, sterile**

gemäß Verordnung (EU) 2017/745 Artikel 120 (3) die Grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie 93/42/EWG weiterhin erfüllt.

*in accordance with Regulation (EU) 2017/745 Article 120 (3) continues to meet the Essential Requirements of
Directive 93/42/EEC.*

Konformitätsbewertungsverfahren <i>Conformity Assessment Procedure</i>	Anhang V und VII <i>Annex V and VII</i>
Klassifizierung, Regel <i>Classification, Rule</i>	Klasse Is, Regel 5 <i>Class Is, Rule 5</i>
Benannte Stelle <i>Notified Body</i>	TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 D-45307 Essen
Kennnummer Benannte Stelle <i>Identification Number Notified Body</i>	0044
Zertifikatnummer <i>Certificate Number</i>	44 235 200787
Gültig bis <i>Valid until</i>	26. Mai 2024 <i>May 26th, 2024</i>
Artikelnummern <i>Article Numbers</i>	Siehe Anlage I <i>See Attachment I</i>

Much, 17.08.2022
Ort, Datum
Place, Date



i.A. Anke Brenner
Qualitätsmanagementbeauftragte
Quality Management Representative

Konformitätserklärung

<i>Declaration of Conformity</i>

Anlage I
Attachment I

Art.-Nr. <i>Art.No.</i>	Artikelbezeichnung <i>Article description</i>
36590	Vliestupfer, 16 x 16 cm, à 2+3 Stück, Hartschale, steril <i>Non-woven balls, 16 x 16 cm, à 2+3 pcs, hard blister, sterile</i>
38218	Vliestupfer, 20 x 20 cm, à 10 Stück, steril <i>Non-woven balls, 20 x 20 cm, à 10 pcs, sterile</i>