

Konformitätserklärung***Declaration of Conformity***

Wir /we Fuhrmann GmbH
 Bövingen 139
 D-53804 Much

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Produktgruppe)
declare on our own responsibility that the product (group of products)

Gynäkologische Tampons

Gynecological Tampons

gemäß Verordnung (EU) 2017/745 Artikel 120 (3) die Grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie 93/42/EWG weiterhin erfüllt.
*in accordance with Regulation (EU) 2017/745 Article 120 (3) continues to meet the Essential Requirements of
Directive 93/42/EEC.*

Konformitätsbewertungsverfahren
Conformity Assessment Procedure

Anhang V und VII
Annex V and VII

Klassifizierung, Regel
Classification, Rule

Klasse IIa, Regel 5
Class IIa, Rule 5

Benannte Stelle
Notified Body

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1
D-45307 Essen

Kennnummer Benannte Stelle
Identification Number Notified Body

0044

Zertifikatnummer
Certificate Number

44 235 200787

Gültig bis
Valid until

26. Mai 2024
May 26th, 2024

Artikelnummern
Article Numbers

Siehe Anlage I
See Attachment I

Much, 17.08.2022
Ort, Datum
Place, Date



i.A. Anke Brenner
Qualitätsmanagementbeauftragte
Quality Management Representative

Konformitätserklärung*Declaration of Conformity*Anlage I
Attachment I

Art.-Nr. <i>Art.No.</i>	Artikelbezeichnung <i>Article description</i>
50023	Gyn-Schlauchtamponade, 3 g, unsteril <i>Gynecological Tube – Cotton Tampon, 3 g, non-sterile</i>
50025	Gyn-Schlauchtamponade, 6 g, unsteril <i>Gynecological Tube – Cotton Tampon, 6 g, non-sterile</i>
50808	Gyn-Schlauchtamponade, 6 g, extra weich, unsteril <i>Gynecological Tube – Cotton Tampon, 6 g, extra soft, non-sterile</i>
32970	Gyn-Schlauchtamponade, 3 g, steril <i>Gynecological Tube – Cotton Tampon, 3 g, sterile</i>
32834	Gyn-Schlauchtamponade, 6 g, steril <i>Gynecological Tube – Cotton Tampon, 6 g, sterile</i>
35381	Gyn-Schlauchtamponade, 6 g, extra weich, steril <i>Gynecological Tube – Cotton Tampon, 6 g, extra soft, sterile</i>